


HPLC of 557795-19-4



面积百分比报告

排序 信号
 乘积因子 : 1.0000
 稀释因子 : 1.0000
 内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: VWD1 A, Wavelength=265 nm

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	14.411	BB	0.0969	16.64952	2.52692	0.0427
2	16.296	VV E	0.0982	77.99844	12.10488	0.1999
3	16.577	VV R	0.1765	3.88291e4	3444.83398	99.5298
4	17.934	BV R	0.0997	88.78817	12.83631	0.2276
总量 :				3.90125e4	3472.30210	

*For R&D use only

*if you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com