


HPLC of 16819-43-5

样品信息			
样品名称:	0312-2159	采集者:	System
样品类型:	未知	样品组名称:	纯度
瓶号:	2:D, 4	采集方法组:	纯度
进样次数:	1	处理方法:	test
进样体积:	1.00 ul	通道名称:	PDA Ch3 304 nm@4.8 nm
运行时间:	15.0 Minutes	处理通道注释:	PDA Ch3 304 nm@4.8 nm
采集时间:	2021/3/13 11:11:01 HKT		
处理时间:	2021/3/13 13:17:28 HKT		

自动标尺色谱图



峰结果

名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾
1	0.661	3088	3131	0.06			
2	0.725	5497758	2811927	98.71			
3	0.839	3369	3202	0.06			
4	2.167	34098	8922	0.61			
5	3.238	31367	8145	0.56			

*For R&D use only

*If you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com