


### HPLC of 495-40-9

样品信息		
样品名称:	0325-2204	采集者: System
样品类型:	未知	样品组名称: 纯度
瓶号:	2:A,2	采集方法组: 纯度
进样次数:	1	处理方法: test
进样体积:	1.00 ul	通道名称: PDA Ch2 254 nm@4.8 nm
运行时间:	15.0 Minutes	处理通道注释: PDA Ch2 254 nm@4.8 nm
采集时间:	2021/3/26 11:19:22 HKT	
处理时间:	2021/3/26 11:35:39 HKT	



峰结果							
名称	保留时间 (分钟)	面积 (微伏*秒)	高度 (微伏)	% 面积	USP 分离度	USP 理论塔板数	USP 拖尾
1	4.842	363	331	0.02			
2	5.149	821	440	0.05			
3	5.457	2186	1116	0.12			
4	5.644	1819640	785276	99.76			
5	6.007	926	594	0.05			

\*For R&D use only

\*if you have any comments and suggestions, please contact us by [sales@amadischem.com](mailto:sales@amadischem.com)