


### HPLC Of 141396-28-3

样品名称: AN150084  
 样品类型: 未知  
 瓶号: 9  
 进样次数: 1  
 进样体积: 20.00 ul  
 运行时间: 50.0 Minutes  
 样品组名称:

采集者: System  
 采集时间: 2016-8-18 16:52:14 CST  
 采集方法组: 阿加曲班  
 处理日期: 2016-8-19 9:03:09 CST  
 处理方法: AG  
 通道名称: 2487通道 1  
 处理通道注释:



色谱峰结果

名称	保留时间	面积 (微伏·秒)	% 面积	USP 分高度	USP 理论塔板数	USP 拖尾
1	7.164	667	0.01		10297.4	1.20
2	7.901	2053	0.03		8234.4	
3	8.033	1060	0.02			
4	24.386	4240872	65.03		21854.9	
5	25.057	2276401	34.91	0.99	23761.6	
Sum		6521053				

\* if you have any comments and suggestions, please contact us by [sales@amadischem.com](mailto:sales@amadischem.com)