


### HPLC of 125391-75-5

操作者 : 系统  
 仪器 : 6120B  
 进样日期 : 2017/6/13 19:23:31  
 序列文件 : D:\Chem32\1\Data\petranov\TEST 2017-06-13 16-32-12\TEST.S  
 方法 : D:\Chem32\1\Data\petranov\TEST 2017-06-13 16-32-12\HPLC.M (序列方法)  
 最后修改 : 2017/6/13 19:16:49 : 系统



面积百分比报告

排序 : 信号  
 乘积因子 : 2.0000  
 稀释因子 : 1.0000  
 内标使用乘积因子和稀释因子

信号 1: VWD1 A, Wavelength=254 nm

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	6.015	BB	0.0415	4959.82910	1834.25574	98.9194
2	6.430	BB	0.0896	9.11141	24.72591	0.1819
3	6.619	BB	0.0484	45.00454	14.40611	0.8987
总量:				5007.94506	1850.38776	

\* If you have any comments and suggestions, please contact us by [sales@amadischem.com](mailto:sales@amadischem.com)