


HPLC of 947-73-9

数据文件: D:\Chem32\1\Data\tetranov\TEST 2017-10-16 14-43-34\OnlineEdited39.D
 样品名称 947-73-9

操作者 : 系统 序列行: 11
 仪器 : 6120B 位置: 91
 进样日期 : 2017/10/16 17:03:06 进样次数: 2
 进样量: 2.000 µl
 来自于样品输入的不同进样量实际进样量0.200 µl
 采集方法 : D:\Chem32\1\Data\tetranov\TEST 2017-10-16 14-43-34\HPLC.M
 最后修改 : 2017/10/16 16:55:38 : 系统
 分析方法 : D:\Chem32\1\Methods\WASH.M
 最后修改 : 2017/9/29 18:22:41 : 系统



面积百分比报告

排序 : 信号
 乘积因子 : 1.0000
 稀释因子 : 1.0000
 内标使用乘积因子和稀释因子

信号1: WVD1 A, Wavelength=254 nm

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积 %
1	4.206	BB	0.0945	11.43927	1.72021	0.1847
2	5.529	BB	0.2909	46.78275	2.31347	0.7588
3	6.078	BB	0.0652	16.58435	3.85594	0.2679
4	6.362	BB	0.0636	6057.56936	1455.06104	97.8633
5	6.895	BB	0.0706	8.78822	1.80156	0.1412
6	8.451	BB	0.0686	22.76823	5.25138	0.2678
7	8.598	BB	0.0614	10.66320	2.80004	0.1723
8	9.771	BB	0.0684	15.29005	3.40223	0.2470

峰 #	保留时间 [min]	类型	峰宽 [min]	峰面积 [mAU*s]	峰高 [mAU]	峰面积
总量:						

*** 报告结束 ***

.....
* If you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com