


HPLC of 202350-68-3

色谱图和结果

进样信息

进样名称:	0306-624	运行时间 (min):	25.00
瓶号:	101	进样量:	5.00
进样类型:	未知	通道:	mAU
校准级别:		波长:	n.a.
仪器方法:	杭州枫叶	带宽:	4
处理方法:	新的处理方法	稀释因子:	1.0000
进样日期/时间:	2019/03/07 15:08	样品重量:	1.0000

色谱图



积分结果

序号	峰名称	保留时间 min	峰面积 mAU*min	峰高 mAU	相对峰面积 %	分离度 (EP)	塔板数 (EP)
1		12.860	4.711	55.080	2.59	4.63	183358
2		13.400	175.583	2190.563	96.69	4.32	221551
3		13.827	0.851	16.819	0.47	11.63	429580
4		14.867	0.448	7.540	0.25	n.a.	391852
总和:			181.593	2270.003	100.00	20.57	

* if you have any comments and suggestions, please contact us by sales@amadischem.com